

## DETEKTÁLÓ REAGENS-KIT

(bioMérieux ref. 39300 / Hologic kat.szám 201791)

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A DETEKTÁLÓ REAGENS-KIT-ben lévő két reagenst a Hologic tesztkészletekkel együtt használják a megfelelő csomagolási mellékletekben és a készülék Kezelői kézikönyvében leírt útmutatások szerint.

### MELLÉKELT REAGENSEK ÉS ANYAGOK

**Megjegyzés:** A reagensekkel összefüggésbe hozható figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatokkal kapcsolatban lásd a Biztonsági adatlap könyvtárat (Safety Data Sheet Library) a [www.hologic.com/sds](http://www.hologic.com/sds) lapon.

Hologic DETEKTÁLÓ REAGENS-KIT (1.200 teszt)  
(bioMérieux ref. 39300 / Hologic kat.szám 201791)

Detektáló reagens I (RI)  
0,1% hidrogén-peroxid 0,001 N salétromsavban. 1x240 mL

Detektáló reagens II (RII)  
1 N nátrium-hidroxid. 1x240 mL

### FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

*In vitro* diagnosztikai felhasználásra.

Ügyeljen, hogy a Detektáló reagens I és II ne érintkezzen a bőrével, a szemével, vagy a nyálkahártyáival. Mossa le vízzel, ha ezek a reagensek a szemével, vagy a bőrével érintkeznek. Ha kilocsannak ezek a reagensek, higítsa meg vízzel és törölje szárazra.

### TÁROLÁS ÉS KEZELÉS

A DETEKTÁLÓ REAGENS-KIT-ben lévő reagenseket 2°- 25°C-on kell tárolni és a tartályukra nyomtatott dátumig stabilisak. Ha a reagensek a szállítás, vagy a tárolás során megfagynak, csapadék képződhet bennük. A reagensek felmelegítése 37°- 60°C-ra elősegíti a csapadék feloldódását. Ha a reagenseket fel kellett melegíteni, a felhasználás előtt hűtse le szobahőmérsékletre és alaposan keverje fel.

### AZ ELJÁRÁS

Lásd a luminométer Kezelői kézikönyvét.

- Távolítsa el a régi Detektáló reagenseket és egy mosási folyamattal ürítse ki a tömlőket.
- Fordítsa fel a palackokat, hogy alaposan felkeverje az új Detektáló reagensek tartalmát.
- Helyezze be a reagenseket a készülékbe, amint az a megfelelő Kezelői kézikönyvben le van írva. Azoknál a készülékeknél, amelyeknél egy második Detektáló reagens-tartályt kell használni, a tartály helyes használatával kapcsolatban nézzen utána a készülék Kezelői kézikönyvében.

### MEGJEGYZÉSEK A VIZSGÁLATHOZ

- A készülék használata előtt győződjék meg arról, hogy az összes tömlő fel van töltve a Detektáló reagensekkel.
- Ellenőrizze az ujonnan bevitt reagensek háttérértékeit, ha olyan készülékekkel dolgozik, amelyek egy második Detektáló reagens-tartály használatát teszik szükségessé. A háttérmérés középértékének a készülék Kezelői kézikönyvében megadott specifikációk alatt kell lennie.
- Ha lehetséges, vigye be a Detektáló reagensek új térfogatát a készülék szoftverjébe.



**Hologic, Inc.**  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA



**Emergo Europe**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

IN0119CE-HU Rev. 002 2017-06

©2016-2017 Hologic, Inc. Minden jog fenntartva.