

AccuProbe®

KULTŪRAS IDENTIFIKĀCIJAS REAKTĪVA KOMPLEKTS

TIKAI EKSPORTA VAJADZĪBĀM
(bioMérieux ref. 39305 / Hologic Kat. No. 102800)

PAREDZĒTĀ LIETOŠANA

Reaktīvi no AccuProbe KULTŪRAS IDENTIFIKĀCIJAS REAKTĪVA KOMPLEKTA tiek izmantoti kopā ar AccuProbe KULTŪRAS IDENTIFIKĀCIJAS REAKTĪVA TESTIEM atbilstoši instrukcijām, kas izdalītas attiecīgajās Anotācijās. Reaktīvi tiek piegādāti 200 baktēriju vai 100 mikobaktēriju vai sēnīšu noteikšanām uz komplektu.

PIEDĀVĀTIE REAKTĪVI UN MATERIĀLI

Piezīme: informāciju par jebkādiem riska un piesardzības priekšrakstiem, kas var būt saistīti ar reaģentiem, skatīt Drošības datu lapu bibliotēkā (Safety Data Sheet Library) www.hologic.com/sds.

KULTŪRAS IDENTIFIKĀCIJAS KOMPLEKTS
(bioMérieux ref. 39305 / Hologic Kat. No. 102800)

200 Bakteriāli vai 100 Mikobaktēriju/Sēnīšu Testi

1.Reaktīvs (Lizējošs Reaktīvs) (1)

Buferēts šķīdums ar 0.04% nātrija azīdu. 1 x 10 mL

2.Reaktīvs (Hibridizācijas Buferis) (2)

Buferēts šķīdums. 1 x 10 mL

3.Reaktīvs (Selekcijas Reaktīvs) (3)

Buferēts šķīdums. 1 x 60 mL

BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Paredzēts *in vitro* diagnostikai.

Reaktīvi šajā komplektā satur nātrija azīdu, kas var reaģēt ar svinu vai varu, veidojot potenciāli eksplozīvus metāla azīdus. Pēc šo reaktīvu iznīcināšanas vienmēr atšķaidiet materiālu ar lielu ūdens daudzumu, novēršot šo savienojumu veidošanos.

PRASĪBAS PRET REAKTĪVU UZGLABĀŠANU UN RĪCĪBU AR TIEM

Reaktīvi, kas ir AccuProbe KULTŪRAS IDENTIFIKĀCIJAS REAKTĪVA KOMPLEKTA SASTĀVĀ tiek uzglabāti 2°C līdz 25°C temperatūrā un ir stabili līdz norādītā derīguma termiņa beigām.

NESASLDĒJIET ŠOS REAKTĪVUS.

Piezīme: 2.Reaktīvam (Hibridizācijas buferis) pirms lietošanas jābūt istabas temperatūrā.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 (USA)



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

