

Kit de fluidos para ensayos Aptima (sistema Panther™)

Para uso diagnóstico *in vitro*.

Uso previsto

El kit de fluidos para ensayos Aptima está indicado para utilizarse en el sistema Panther.

Materiales suministrados

Nota: Para obtener información sobre cualquier aviso de riesgo o precaución que pueda estar asociado a los reactivos, consulte la Biblioteca de hojas de datos de seguridad (Safety Data Sheet Library) en www.hologic.com/sds.

Kit de fluidos para ensayos Aptima (núm. de catálogo 303014)

(Almacenar a una temperatura entre 15 °C y 30 °C al recibirlo)

Símbolo	Componente	Cantidad
W	Solución de lavado Aptima <i>Solución de tampón HEPES 10 mM con menos del 2% de conservante.</i>	1 x 2,9 L
O	Reactivo de aceite Aptima <i>Aceite de silicona.</i>	1 x 260 mL
DF	Tampón para fluido de desactivación Aptima <i>Solución de tampón bicarbonato 800 mM.</i>	1 x 1,4 L

Advertencias y precauciones

- A. Tome las precauciones habituales del laboratorio.
- B. Evite la contaminación con ribonucleasas y microbiana de los fluidos para los ensayos Aptima.

Requisitos de almacenamiento y manipulación

- A. Almacene los fluidos para los ensayos Aptima a una temperatura entre 15 °C y 30 °C.
- B. Una vez abiertos, los fluidos para los ensayos Aptima son estables durante 60 días.
- C. No los utilice después de la fecha de vencimiento.

Procedimiento

Sustituya las botellas en el cajón de fluidos universales cuando se lo indique el sistema. Consulte el *Panther System Operator's Manual* (Manual del usuario del sistema Panther).



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Atención al cliente: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

Servicio técnico: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Para obtener más información, visite www.hologic.com.

Hologic, Aptima, y Panther son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Hologic, Inc. y/o de sus subsidiarias en los Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales que puedan aparecer en este prospecto pertenecen a de sus respectivos propietarios.

©2001–2017 Hologic, Inc. Reservados todos los derechos.

502181ES Rev. 002
2017-04