

MTD AMPLIFIKACIJOS KONTROLĖS

(bioMérieux Kat.Nr.39223/Hologic Kat.Nr.301043F)

Tik eksportui

SKIRTA NAUDOTI

Hologic MTD Amplifikacijos kontrolių reagentai gali būti naudojami kaip papildomos kontrolės su amplifikuotų tuberkuliozės mikobakterijų tiesioginio tyrimo rinkiniu (MTD).

REAGENTAI IR TIEKIAMOS MEDŽIAGOS

Pastaba: Informacijos apie su reagentais susijusį pavojų ir atsargumo priemones ieškokite saugos duomenų lapų bibliotekoje (Safety Data Sheet Library), adresu www.hologic.com/sds.

MTD Amplifikacijos neigiama kontrolė (NC)	2 x 1 mL
Buferinis tirpalas.	
MTD Amplifikacijos teigiama kontrolė (PC)	2 x 1 mL
Neinfekuota nukleininė rūgštis buferiniame tirpale.	

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Tik *in vitro* diagnostiniam naudojimui. MTD Amplifikacijos kontrolės turi būti naudojamos kartu su amplifikuotų tuberkuliozės mikobakterijų tiesioginio aptikimo tyrimų rinkiniu (MTD). MTD Amplifikacijos kontrolės netikrina sonikacijos(lizės) tyrimo etapo. MTD tyrimo procedūros instrukcija reikalauja laštelių kontrolės lizės ir amplifikacijos tikrinimui.

DARBO REIKALAVIMAI

MTD amplifikacijos kontrolių reagentai turi būti laikomi prie 2 °C - 8 °C ir yra stabilūs iki galiojimos datos, nurodytos etiketėje.

PROCEDŪRA

Žiūrėkite amplifikuotų tuberkuliozės mikobakterijų tiesioginio aptikimo tyrimų rinkinio (MTD) pakuotės aprašymo TYRIMO PROCEDŪROJE esantį Amplifikacijos skyrių.

- Įlašinkite 25 µL Mikobakterijų amplifikacijos neigiamos kontrolės arba tuberkuliozės mikobakterijų amplifikacijos teigiamos kontrolės į amplifikacijos mėgintuvėlio dugną, kuriame yra 50 µL atskiesto tuberkuliozės mikobakterijų amplifikacijos reagento ir 200 µL aliejinio reagento.
- Tęskite tyrimą, kaip nurodyta amplifikacijos skyriuje, 4 etape tiesioginio tuberkuliozės mikobakterijų amplifikacijos tyrimų rinkinio (MTD) pakuotės aprašyme.

TIKĖTINI REZULTATAI

	RLU
Amplifikacijos neigiama kontrolė	<20,000
Amplifikacijos teigiama kontrolė	≥ 500,000



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Klientų aptarnavimas: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

Techninės pagalbos centras: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Išsamesnės kontaktinės informacijos ieškokite www.hologic.com.

„Hologic“ ir „Amplified MTD“ yra „Hologic, Inc.“ ir (arba) jos filialų prekių ženklai ir (arba) registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.

Visi kiti šiame lapelyje naudojami prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

AW-12602-3001 Rev 002 (LT)
©1990 - 2017 Hologic, Inc. Visos teisės saugomos.
2017-05