

## CONTROLOS DE AMPLIFICAÇÃO MTD

(bioMérieux ref. 39223/Hologic. Cat. No. 301043F)

### UTILIZAÇÃO

Os reagentes da embalagem Hologic Controlos de Amplificação MTD podem ser utilizados como controlos adicionais com o teste Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct (MTD).

### REAGENTES E MATERIAIS FORNECIDOS

**Nota:** Para obter informações sobre quaisquer declarações de perigo e de precaução que possam estar associadas a estes reagentes, consulte a Biblioteca de fichas de dados de segurança (Safety Data Sheet Library) em [www.hologic.com/sds](http://www.hologic.com/sds).

Controlo Negativo de Amplificação para MTD (NC) 2 x 1 ml  
Solução tamponada.

Controlo Positivo de Amplificação para MTD (PC) 2 x 1 ml  
Ácido nucleico não infeccioso numa solução tamponada.

### PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Para diagnóstico *in vitro*.
- Os Controlos de Amplificação MTD podem ser utilizados com o teste Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct (MTD).
- Os Controlos de Amplificação MTD não permitem controlar a etapa de sonicação (lise) do teste.
- Em conformidade com as indicações da ficha técnica do teste MTD, é recomendado incluir suspensões de micobactérias para controlar a lise e a amplificação.

### CONSERVAÇÃO E MANIPULAÇÃO

Os reagentes contidos nos Controlos de Amplificação MTD de Hologic devem ser conservados entre 2°C e 8°C e permanecem estáveis até à data de validade indicada nos frascos.

### PROCEDIMENTO

Consultar o parágrafo PROCEDIMENTO da ficha técnica do teste Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct (MTD).

- Distribuir 25 µl de Controlo Negativo de Amplificação de Mycobacterium ou de Controlo Positivo de Amplificação de Mycobacterium no fundo do tubo de amplificação que contém 50 µl de Reagente de Amplificação de Mycobacterium tuberculosis reconstituído e 200 µl de Óleo.
- Efectuar o teste como indicado no parágrafo Amplificação, Etapa 4, da ficha técnica do teste Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct (MTD).

### VALORES ESPERADOS

	RLU
Controlo de Amplificação Negativo	< 20.000
Controlo de Amplificação Positivo	≥ 500.000



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA

**Apoio ao Cliente:** +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)  
customersupport@hologic.com

**Suporte técnico:** +1 888 484 4747  
molecularsupport@hologic.com

**Para obter mais informações sobre contactos, aceda a [www.hologic.com](http://www.hologic.com).**

Hologic e Amplified MTD são marcas comerciais e/ou marcas registadas da Hologic, Inc. e/ou respectivas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países.

Quaisquer outras marcas comerciais que possam aparecer neste folheto informativo pertencem aos respectivos proprietários.



**Emergo Europe**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

AW-12602-601 Rev. 002 (PT)  
©1990 – 2017 Hologic, Inc. Todos os direitos reservados.  
2017-05