CONTRÔLES D'AMPLIFICATION MTD

(bioMérieux réf. 39223/Hologic Cat. No. 301043F)

UTILISATION

Les réactifs du coffret Contrôles d'Amplification MTD Hologic peuvent être utilisés comme contrôles additionnels avec le test Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct (MTD).

REACTIFS ET MATERIELS FOURNIS

Remarque : *Pour obtenir des informations sur les mentions de danger et de mise en garde qui pourraient être associées à ces réactifs, consultez la Safety Data Sheet Library (Bibliothèque des fiches techniques de sécurité) à l'adresse www.hologic.com/sds.*

Contrôle Négatif d'Amplification pour MTD (NC) 2 x 1 ml
Solution tamponnée.

Contrôle Positif d'Amplification pour MTD (PC) 2 x 1 ml
Acide nucléique non infectieux dans une solution tamponnée.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

A. Pour diagnostic in vitro.

B. Les Contrôles d'Amplification MTD peuvent être utilisés avec le test Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct (MTD).

C. Les Contrôles d'Amplification MTD ne permettent pas de contrôler l'étape de sonication (lyse) du test.

D. Conformément aux indications de la notice du test MTD, il est recommandé d'inclure des suspensions de mycobactéries pour contrôler la lyse et l'amplification.

CONSERVATION ET MANIPULATION

Les réactifs contenus dans les Contrôles d'Amplification MTD de Hologic doivent être conservés entre 2°C et 8°C et sont stables jusqu'à la date indiquée sur les flacons.

MODE OPERATOIRE

Se référer au paragraphe Amplification du MODE OPERATOIRE de la notice du test Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct (MTD).

1. Distribuer 25 µl de Contrôle Négatif d'Amplification de Mycobacterium ou de Contrôle Positif d'Amplification de Mycobacterium au fond du tube d'amplification contenant 50 µl de Réactif d'Amplification de Mycobacterium tuberculosis reconstitué et 200 µl d'Huile pour Amplification.

2. Réaliser le test comme indiqué dans le paragraphe Amplification, Etape 4, de la notice du test Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct (MTD).

VALEURS ATTENDUES

	RLU
Contrôle d'Amplification Négatif	< 20.000
Contrôle d'Amplification Positif	≥ 500.000

Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Service clients : +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

Service technique : +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Pour obtenir des coordonnées supplémentaires, visitez le site www.hologic.com.

Hologic et Amplified MTD sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d'Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Toutes les autres marques commerciales qui peuvent apparaître dans ce notice sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

AW-12602-901 Rev. 002 (FR)
©1990 – 2017 Hologic, Inc. Tous droits réservés.
2017-05