

## Aptima Unisex-Tupfer-Probenentnahmekit für endozervikale und männliche urethrale Abstrichproben

Zur *in vitro* diagnostischen Anwendung.

Nur zum US-Export.

### Verwendungszweck

Das Aptima-Unisex-Tupfer-Probenentnahmekit für endozervikale und männliche urethrale Abstrichproben ist zur Verwendung mit Aptima-Tests bestimmt. Das Aptima-Unisex-Tupfer-Probenentnahmekit ist zur Entnahme von endozervikalen oder männlichen urethralen Abstrichproben bestimmt.

### Im Lieferumfang enthaltene Materialien

**50 Aptima-Unisex-Tupfer-Probenentnahmekits für endozervikale und männliche urethrale Abstrichproben (Best.-Nr. 301041)**

Jedes Kit enthält:

Komponente	Menge	Beschreibung
Unisex-Abstrichtupfer	1	<i>Tupfer für endozervikale oder männliche urethrale Abstrichproben.</i>
Reinigungstupfer	1	<i>Reinigungstupfer für Frauen.</i>
Transportgefäß	1	<i>Gefäß mit Aptima-Tupfertransportmedium (2,9 ml).</i>

### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- A. Das Transportmedium nicht direkt auf die Haut oder Schleimhäute kommen lassen oder einnehmen.

### Anforderungen zur Lagerung des Kits

Das Entnahmekit bei Raumtemperatur (15 °C bis 30 °C) lagern.

### Leistungsmerkmale für Abstrichproben

Die Test-Leistungsmerkmale der endozervikalen und männlichen urethralen Abstrichproben sind in der Packungsbeilage des entsprechenden Aptima-Tests angegeben. Die Packungsbeilagen von Aptima-Tests sind online auf [www.hologic.com](http://www.hologic.com) abrufbar. Die Leistung der männlichen urethralen Abstrichproben wurde nicht für alle Aptima-Tests bestimmt.

### Probenentnahme und -handhabung

- A. Endozervikale Abstrichproben

**Hinweis:** Wenn der Röhrcheninhalt verschüttet wird, das Röhrchen verwerfen und durch ein neues Aptima Transportröhrchen für Unisex-Tupfer ersetzen.

- Übermäßigen Schleim vom Muttermund und der umliegenden Schleimhaut mit dem Reinigungstupfer entfernen (Tupfer mit weißem Schaft in der Packung mit rotem Aufdruck). Den Tupfer entsorgen.  
**Hinweis:** Zur Entfernung von übermäßigem Schleim vom Muttermund kann ein Tupfer mit großer Spitze (nicht mitgeliefert) verwendet werden.
- Den Probenentnahmetupfer (Tupfer mit blauem Schaft in der Packung mit grünem Aufdruck) in den Endozervixkanal einführen.
- Den Tupfer vorsichtig 10 bis 30 Sekunden im Endozervixkanal im Uhrzeigersinn drehen, um eine adäquate Probenentnahme sicherzustellen.
- Den Tupfer vorsichtig herausziehen, dabei Kontakt mit der Vaginalschleimhaut vermeiden.

5. Den Deckel des Abstrichproben-Transportgefäßes entfernen und den Probenentnahmetupfer sofort in das Transportgefäß einführen.
6. Brechen Sie den Schaft des Tupfers vorsichtig an der Kerblinie gegen die Seite des Reaktionsgefäßes ab und werfen Sie den oberen Teil des Tupferschafts weg. Vorsichtig vorgehen, um den Inhalt nicht zu verschütten.
7. Verschließen Sie das Abstrichproben-Transportgefäß wieder fest.

#### B. Männliche urethrale Abstrichproben

1. Der Patient sollte mindestens 1 Stunde vor der Probensammlung kein Wasser gelassen haben.
2. Den Probenentnahmetupfer (Tupfer mit blauem Schaft in der Packung mit grünem Aufdruck) 2 bis 4 cm in die Harnröhre einführen.
3. Den Tupfer vorsichtig 2 bis 3 Sekunden in der Harnröhre im Uhrzeigersinn drehen, um eine adäquate Probenentnahme sicherzustellen.
4. Den Tupfer vorsichtig zurückziehen.
5. Den Deckel des Abstrichproben-Transportgefäßes entfernen und den Probenentnahmetupfer sofort in das Transportgefäß einführen.
6. Brechen Sie den Schaft des Tupfers vorsichtig an der Kerblinie gegen die Seite des Reaktionsgefäßes ab und werfen Sie den oberen Teil des Tupferschafts weg. Vorsichtig vorgehen, um den Inhalt nicht zu verschütten.
7. Verschließen Sie das Abstrichproben-Transportgefäß wieder fest.

## Probentransport und -lagerung

Nach der Entnahme der Probe den Abstrichtupfer im Probentransportgefäß bis zum Test bei 2 °C bis 30 °C transportieren und lagern. Die Proben müssen innerhalb von 60 Tagen nach der Entnahme mit dem Aptima-Test getestet werden. Wenn eine längere Lagerung erforderlich ist, lesen Sie die Packungsbeilage des entsprechenden Aptima-Tests.

**Hinweis:** Der Versand der Proben muss in Übereinstimmung mit geltenden nationalen und internationalen Frachtbestimmungen erfolgen.

## Einschränkungen

- A. Dieses Entnahmekit nur mit den Aptima-Tests verwenden. Die Leistung mit anderen Produkten wurde nicht ermittelt.
- B. Die Leistung der männlichen urethralen Abstrichproben wurde nicht für den AptimaTrichomonas vaginalis-Test bestimmt.



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA

Kundensupport: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)  
customersupport@hologic.com

Technischer Kundendienst: +1 888 484 4747  
molecularsupport@hologic.com

Weitere Kontaktinformationen finden Sie unter [www.hologic.com](http://www.hologic.com).

Hologic, Aptima, und Aptima Combo 2 sind Marken und/oder eingetragene Marken von Hologic, Inc. und/oder seinen Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Alle anderen Marken, die möglicherweise in dieser Packungsbeilage erscheinen, gehören dem jeweiligen Eigentümer.



**Emergo Europe**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

© 2001–2017 Hologic, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

502135DE Rev. 004

2017-04